



ЕВРАЗИЙСКИЙ ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Радиоспектр Плюс»

место нахождения: ул. Радиальная 11А, пом 7, офис 4, 220070, г. Минск, Республика Беларусь
зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190949966.

телефон +375 29 6559940, **адрес электронной почты (e-mail)** s-pribor@mail.ru

в лице директора Яцевича Станислава Ивановича

заявляет, что источники питания постоянного тока Б5-93, Б5-94

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Радиоспектр Плюс»

место нахождения: ул. Радиальная 11А, пом 7, офис 4, 220070, г. Минск, Республика Беларусь
ТУ ВУ 190949966.002-2011 «Источники питания постоянного тока Б5-93, Б5-94. Технические условия».

код ТН ВЭД ЕАЭС 9030 33 990 0

серийный выпуск

соответствует требованиям технических регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011), «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).

Декларация о соответствии принята на основании:

Протоколов испытаний №№ 45-61/1416-1-2021, 45-61/1416-2-2021, 45-61/1416-3-2021, 45-61/1416-4-2021 от 17.01.2022, №№ 43-08/0171-1-2022, 43-08/0171-2-2022 от 10.02.2022, выданных научно-исследовательским испытательным центром республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии» (№ ВУ/112 1.0025)

Схема декларирования соответствия 3Д.

Дополнительная информация:

Примененные стандарты: ГОСТ ИЕС 61010-1-2014 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования». Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты изготовления, срок гарантийного хранения 6 месяцев, срок службы (годности) 10 лет. ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 «Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования».

Условия хранения: в складском помещении в упаковке изготовителя при температуре от +5 °С до + 40°С, при относительной влажности 80% при + 25 °С, при атмосферном давлении от 84 до 106 кПа.

Принята взамен декларации о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР004 003.02 04703 от 03.03.2022.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 01.03.2027 включительно.

Яцевич Станислав Иванович

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР004 003.02 19817

Дата регистрации декларации о соответствии 19.05.2026

